



บริษัท เดนทอล ویژัน (ประเทศไทย) จำกัด
Dental Vision (Thailand) Co., Ltd.

เลขที่ DVTSV6510-006

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558071884

เรื่อง เสนอราคาอะไหล่สำหรับ Dental Simulator ยี่ห้อ Saratoga
เรียน คณะบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แผนก Simulation ศึกษามวราช ชั้น 10)
บริษัท ฯ มีความยินดีเสนอราคาสินค้าแก่ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	คิดเป็นเงิน
1	ชุดขวดน้ำ (- หัวขวด - กันโยก - แผ่นยึดขวดน้ำ - วาล์วเรกูเรล) โต๊ะที่ 7/1 , 8/2 , 11/3 , 12/3	4 Set	4,255.00	17,020.00
2	หัวพร้อมปลอกสายหัวกรอ โต๊ะที่ 1/1	1 Set	1,000.00	1,000.00
3	หัวพร้อมปลอกและปลายทรีป 3-way โต๊ะที่ 1/3 , 1/4 , 2/1 , 2/2 , 3/3 , 5/1 , 6/2 , 7/3 , 10/1 , 12/2 , 12/3	11 Set	1,360.00	14,960.00
4	โซลินอยด์ควบคุมน้ำหัวกรอ (1 Set 2 ชั้น) โต๊ะที่ 1/1	1 Set	3,100.00	3,100.00
5	ชุดตัวรับฟูดสวิตเท้า โต๊ะที่ 2/1 , 3/3 , 5/4 , 7/2 , 7/4 , 12/1 , 13/2 , 13/4	8 Set	2,400.00	19,200.00
6	อุปกรณ์ในการซ่อมแซมป้องกันสควีส์กับโต๊ะแลป Saratoga	55 Set	500.00	27,500.00
7	สายดูด Suction ความยาว 1 เมตร ใช้กับโต๊ะแลป Saratoga	55 Set	350.00	19,250.00
	ส่วนลดค่าอะไหล่พิเศษ 10% ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 3320007199			- 12,079.00
ราคาก่อนรวมภาษี				101,599.07
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7,111.93
รวมเป็นเงิน				108,711.00

(หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

หมายเหตุ: - ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
- กำหนดขึ้นราคาภายใน 30 วัน
- กำหนดส่งของภายใน 90 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
- รับประกันคุณภาพ 90 วัน
- ผู้จัดทำใบเสนอราคา นางสาวนันทพร (จัน) Tel.086-3408513
- E-mail: nantaporn.k@dentalvision.co.th

ลงนามในใบเสนอราคา

(ลายเซ็น)

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)


(นายชัยภัทร์ อรรถประวิทย์)

ผู้จัดการแผนกช่าง

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10



โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
อาจารย์	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002539สส./56	

โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
1/1	SN:		โคไฟชาร์ด + ขั้วชั้นหัวกรอชาร์ด + เซอร์รिनอยควบคุมนำหัวกรอ 2 ชุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002543สส./56	
1/2	SN:		เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132200002540 สส./56	
1/3	SN:		เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132200002542 สส./56	
1/4	SN:		เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132200002541 สส./56	


โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
2/1	SN:		ก้านโยกสวิทซ์เท้าชาร์ด + ชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132200002544 สส./56	
2/2	SN:		โคมไฟชาร์ด+ชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132200002545 สส./56	
2/3	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002546 สส./56	

โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
3/1	SN:		จอ TV ไม่ติด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002549 สส./56	
3/2	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002547 สส./56	
3/3	SN:		ก้านโยกสวิทซ์เท้า + ชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132200002548 สส./56	

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมมวราช 80

ชั้น 10



โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
4/1	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002553 สล./56	
4/2	SN:		คอมพิวเตอร์ชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002550 สล./56	
4/3	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002551 สล./56	
4/4	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002552 สล./56	


โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
5/1	SN:		คอมพิวเตอร์ชำรุด + ปลาย 3-way ตัน
	เลขครุภัณฑ์:	132200002557 สล./56	
5/2	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002554 สล./56	
5/3	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002555 สล./56	
5/4	SN:		จอ TV ไม่ติด + ก้านโยกสวิตช์เท้าชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002556 สล./56	

โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
6/1	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002561 สล./56	
6/2	SN:		จอ TV ไม่ติด + ก้านโยกสวิตช์เท้าชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002558 สล./56	
6/3	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002559 สล./56	
6/4	SN:		จอ TV ไม่ติด + คอมพิวเตอร์ชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002560 สล./56	

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10



โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
7/1	SN:		จอ TV ไม่ติด + ขวดน้ำรั่ว
	เลขครุภัณฑ์:	132200002565 สล./56	
7/2	SN:		ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002562 สล./56	
7/3	SN:		จอ TV ไม่ติด+ เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132200002563 สล./56	
7/4	SN:		ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002564 สล./56	


โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
8/1	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132200002568 สล./56	
8/2	SN:		ขวดน้ำชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132200002566 สล./56	
8/3	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132280001971 สล./57	
8/4	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132200002567 สล./56	

โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
9/1	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132280001975 สล./57	
9/2	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132280001972 สล./57	
9/3	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132280001973 สล./57	
9/4	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132280001974 สล./57	

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10



โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
10/1	SN:		เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132280001979 สล./57	
10/2	SN:		จอ TV ไม่ติด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001976 สล./57	
10/3	SN:		จอ TV ไม่ติด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001977 สล./57	
10/4	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132280001978 สล./57	


โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
11/1	SN:		คอมไฟเสีย
	เลขครุภัณฑ์:	132280001983 สล./57	
11/2	SN:		คอมไฟเสีย + จอ TV ไม่ติด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001980 สล./57	
11/3	SN:		ขวดน้ำชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001981 สล./57	
11/4	SN:		จอ TV ไม่ติด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001982 สล./57	

โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
12/1	SN:		จอ TV ไม่ติด + ก้านโยกสวิตช์เท้าชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001985 สล./57	
12/2	SN:		เปลี่ยนชุดวาล์วควบคุม 3-way
	เลขครุภัณฑ์:	132280001984 สล./57	
12/3	SN:		ขวดน้ำชำรุด + ปลาย 3-way หาย
	เลขครุภัณฑ์:	132280001987 สล./57	
12/4	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132280001986 สล./57	

ผังห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 10



โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
13/1	SN:		คอมพิวเตอร์เสีย
	เลขครุภัณฑ์:	132280001995 สล./57	
13/2	SN:		ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001992 สล./57	
13/3	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132280001993 สล./57	
13/4	SN:		จอ TV ไม่ติด+ ก้านโยกสวิตซ์เท้าชำรุด
	เลขครุภัณฑ์:	132280001994 สล./57	

โต๊ะที่	SN/ เลขครุภัณฑ์		รายการที่เสีย
14/1	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132280001988 สล./57	
14/2	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132280001991 สล./57	
14/3	SN:		
	เลขครุภัณฑ์:	132280001990 สล./57	
14/4	SN:		จอ TV ไม่ติด-
	เลขครุภัณฑ์:	132280001989 สล./57	