

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

หมายเลขครุภัณฑ์

6520-001-0006 ค. 2/46 (1.2)

คณะกรรมการแพทย์ศาสตร์

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องกรอกกระดูกและฟัน

ชนิด 14 9918 E

ชื่อ W+H

โดยเงิน ☒ งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

☐ เงินกองทุน

☐ ครุภัณฑ์บริจาค

ผู้ขาย บ. กันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด

โทร. 02-7133355 รับประกัน 1 ปี

ตั้งแต่ 13 มี.ค. 46 ถึง 13 มี.ค. 47

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ 13 มี.ค. 46

จำนวนเงิน 75000 บาท

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี

หนังสือเลขที่

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ค.ป.	ร้านค้า/ช่างคณะ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 ก.ค. 49		ซ่อม Motor รื้อ			
22 มี.ค. 49	บ. กันต-สยาม	- O-ring	1 อัน	150	
		- Spring washer	1 ตัว	200	
		- Grooved pin	1 อัน	150	
		- Ball bearing	1 ตัว	700	
		- Ball bearing	1 ตัว	400	
		- O-ring	1 ตัว	150	
		รวม		1750	
17 พ.ย. 54		เปลี่ยนดัดปลอก - พบว่า ปลอกเป็นเหล็ก			
13 มี.ย. 54	บ. กันต-สยาม	- Ball bearing 26855	1 อัน	450	
		- Ball bearing 12062	1 อัน	600	
		- Grooved pin	1 อัน	100	
		- Spring washer 32100	1 อัน	200	
				1350	
16 มี.ค. 55		แกะไข Micro motor ขอดออกมา			
5 มี.ย. 55	บ. กันต-สยาม	- หัว Micro motor	1 หัว	24650	
3 ธ.ค. 55		ไม้แขวนกระดูก			
	คุณสมชาย	- ขาดทวนระนาด ไม้ดัดปลอก			
3 มี.ค. 57		Foot switch ไม่ทำงาน			
10 ก.พ. 57	คุณ ชื่นนทร์	- ต่อสายไฟ Foot switch ให้ใหม่			

ส่งมอบคืน

ว.ค.ป.	ร้านค้า/ช่างคณะ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4 ก.ค. 57		ไฟสี 1150 กร 50			
8 ก.ค. 57	คุณ สมบูรณ์	- ทำ ความ สะอาด ทำ motor			
13 ต.ค. 2557		ไฟสี 1150 กร 50			
16 ก.ค. 57	คุณ สมบูรณ์	- ตรวจสอบ check ทำ ความ สะอาด ทำ motor			
19 ม.ค. 2558		ไฟสี 1150 กร 50			
27 ก.ค. 57	K. สมบูรณ์	- ทำ ความ สะอาด ทำ motor			
4 ก.ค. 58	น. สมบูรณ์	- ทำ ความ สะอาด ทำ motor	1 ชุด	11884.85 บาท	
2 พ.ค. 60		- ทำ ความ สะอาด ทำ motor			
18 ต.ค. 60	น. สมบูรณ์	- เปลี่ยน Rotor 32179	1 ชิ้น	8650	
		- เปลี่ยน O-RING 32107	1 ชิ้น	100	
		- เปลี่ยน O-RING 11969	3 ชิ้น	300	
				รวม 9050	
8 พ.ค. 65		- ทำ ความ สะอาด ทำ motor			