

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเลขครุภัณฑ์

6520-002-0029 ๗.3/39

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องอัดฉีดน้ำยาหักกรอ

ชนิด ฐน 301 plus ยี่ห้อ Daxelina

ส/น 606301

ผู้ลงทะเบียน พวท มณฑล ๐๐๑๓๓๖

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ 21 มี.ค. 39

จำนวนเงิน 40000 บาท

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี

โดยเงิน งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ 11๗๑๔ ๔39

[] เงินกองทุน

[] ครุภัณฑ์บริจาค

ผู้ขาย ม. พท มณฑล

รับประกัน

ตั้งแต่ ถึง

หนังสือเลขที่

น.ค. มณฑล

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ด.ป.	ร้านค้า/ช่างคณะ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 ก.พ. 2559		ไฟหลอดติดออก			
27 เม.ย. 2559		เปลี่ยนหลอดไฟ			
24 มี.ค. 62		- ผ่าตรงเพื่อกู้รถ			
20 ก.พ. 63		- ไขหลอดติดออก			
24 ธ.ค. 63		- มากรัดน้ำยาไข			
1 ม.ค. 64		- ไขหลอดติดออก			
17 พ.ย. 64	น. ทนต.สงขลา	- Function indicator oil	1 ถัง	1000	
		- Filling control 26746	1 ถัง	1060	
		- Function indicator Liquid	1 ถัง	1000	
		- Filling control 26747	1 ถัง	1060	
		- Tube, Red	1 ถัง	105	
		- Tube, Blue	1 ถัง	105	
		- Tube 26831	5 ถัง	500	
		- Tube, Black	1 ถัง	60	
		- Tube 31023	1 ถัง	150	
		- Tube 26828	1 ถัง	100	
		- Ball Bearing 26855	2 ถัง	900	
		- Pump 31020	1 ถัง	6300	
		- Time Function Element KCP	1 ถัง	6500	
		- Seal 26847	1 ถัง	200	
		รวม		19040	
19 ก.ค. 63		- ไขหลอดติดออก			

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเลขครุภัณฑ์

6520-002-0029

ด. 3/39

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องอัดฉีดน้ำยาหัวกรอ

ชนิด 301 plus ยี่ห้อ Assistina

โดยเงิน ☒ งบประมาณแผ่นดินหมวดครุภัณฑ์ ปี 2539

☐ เงินทุนคณะฯ

S/N 606301

ผลิตที่ W + H ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ขาย บ. ทันต - สยาม วิสาhek โทร. 2140335

2143141

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ 21 มี.ย. 39

รับประกัน

จำนวนเงิน 40000 บาท

ตั้งแต่ ถึง

วัน เดือน ปี จำหน่ายจากบัญชี

หนังสือเลขที่

น้อง Minor

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ต.ป	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
24 มี.ย. 47	คุณศิริพร คุณวิภา	ต่อท่อปั๊มลม และ ปรับแรงดัน ให้พอดี กับเครื่องอัดฉีดน้ำยาหัวกรอ			
25 พ.ค. 48		น้ำยาฟั่นออกมาน้อย ไม่สม่ำเสมอ และ ระดับเบย์วัด ผิดปกติ			
11 ส.ค. 48	บ. ทันตสยาม	- เนื่องจากสายน้ำยาเร็ว จึง เปลี่ยน สายน้ำยา	1	950.	
26 พ.ค. 49	คุณดมสัน	มาตรวัดน้ำยาไม่ขึ้น และ แรงฟั่นน้อย			
20 ก.พ. 49	คุณกฤษณ์	- ซ่อม			
8 มี.ย. 50		แรงฟั่นน้อย			
16 ส.ค. 50	คุณดมสัน	- เปลี่ยน Filter	1 ชิ้น	1,800	
5 ก.พ. 53	คุณดมสัน	แรงฟั่นน้อย			
	คุณกฤษณ์	- ซ่อม			
22 พ.ย. 55	บ. ทันต. สยาม	แรงฟั่นน้อย			
		- Function indicator liquid	1 ชิ้น	1,000	
		- " " Oil	1 ชิ้น	1,000	
		- O-ring spare part	2 ชิ้น	400	
		- Filling control 26747	1 ชิ้น	1,200	
		- " " 26746	1 ชิ้น	1,200	
				4,800	