ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คลินิกรวม ชั้น 3

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสครุภัณฑ์

132280001600 คร./55 (2.6)

ชื่อครุภัณฑ์ **เครื่องอ่านดิจิตอล**

ประกอบด้วย (1.6) เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (2.6) เครื่องอ่านดิจิตอล (3.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU (4.6) จอ Monitor (5.6) เสื้อตะกั่ว (6.6) เครื่องสำรองไฟ

ยี่ห้อ Kodak รุ่น CS7600

S/N:ADCA098

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ **8 ก.พ.56**

จำนวนเงิน **428,000.00 .-** บาท (ราคารวมชุด)

โดยเงิน **กผด -ทันตะฯ**

ผู้ขาย **บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)**

โทร.**02-220-9000** แฟ็กซ์. **02-224-4440**

ระยะเวลารับประกัน **2** ปี

ตั้งแต่ **8 ก.พ.56** ถึง **8 ก.พ.58**

วัน, เดือน, ปี จำหน่ายจากบัญชี..... ทะเบียนรับครุภัณฑ์เลขที่ **303/55 ลว.11 ก.พ.56**

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว. ด. ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15 มี.ค.63		- ลูกกลิ้ง CS 7600 สีมืดมาก			
18/8/63		เปลี่ยนลูกกลิ้ง Roller Assembly CS 7600 1ชุด			
14/2/65		- การ์ดอ่านภาพเสีย.		~~75,898~~ ส่งซ่อม	
				68,390.10	