ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสครุภัณฑ์
132280001562 ศ./55

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องดูดน้ำลายและโลหิต

ยี่ห้อ MGE รุ่น SAM 12

S/N:0312-0582

โดยเงิน กผด -ทันตะฯ

ผู้ขาย บจ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์

โทร.02-748-3535 แฟ็กซ์ 02-748-3536

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ 10 พ.ค.55

จำนวนเงิน 58,000.- บาท

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี

ตั้งแต่ 10 พ.ค.55 ถึง 10 พ.ค.56

วัน, เดือน, ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ทะเบียนรับครุภัณฑ์เลขที่ 117/55 ลว.18 พ.ค.55

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว. ด. ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- 2 ธ.ค. 2558		ไม่มีแรงดูด			
- 3 ธค 2558		- ซ่อมให้ใช้งานปกติ			
30 สค 59		ไม่มีแรงดูด			
14 มิ.ย. 2559		- ช่างมาตรวจสอบ			
		ซ่อมให้ - ไม่สามารถซ่อม			
		ใช้งานได้ปกติ			
10 พ.ย. 2559		ไฟเข้า แต่เครื่องไม่ทำงาน			
19 ธค 59	คุณสมบูรณ์	ซ่อม ใช้งานได้ปกติ			
1 สค 60		แรงดูดน้อย			
9 เมย 61		ไม่มีแรงดูด			
2 กพ 63		ไม่มีแรงดูด			
1 ธค 63		ไฟเข้า แต่เครื่องไม่ทำงาน			
7 สค 63	บ. ยูนิเทค	ซ่อมแซม แก้ไข			ไม่มีค่าใช้จ่าย
25 กพ 65		แรงดูดน้อย			