

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คลินิกรังสีวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสครุภัณฑ์

332280003276 ร./60 (2.5)

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องอ่านภาพและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิทัล

ยี่ห้อ 3DISC รุ่น ExamVue CR PRO Medical-50

S/N :

โดยเงิน กท.สินทรัพย์-ทันตะฯ

ผู้ขาย บจ.ไฟน์เมด

วัน, เดือน, ปี ที่ซื้อ 29 ธ.ค.60

โทร. 02-561-1042 แฟกซ์. 02-579-8070

จำนวนเงิน 1,597,500.00 บาท (ราคารวมชุด)

ระยะเวลาประกัน 1 ปี

ตั้งแต่ 29 ธ.ค.60 ถึง 29 ธ.ค.61

วัน, เดือน, ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ทะเบียนรับครุภัณฑ์เลขที่ 212/60 ลว.4 ม.ค.61

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว. ด. ป.	ร้านค้า ช่างคนละ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7/1/65	บ.ไฟน์เมด	ทำตามร.มาตรฐาน เช็คโปรแกรม เช็คระบบสีของไฟ แผ่น CR			
18/8/65	บ.ไฟน์เมด	ทำความสะอาดเครื่อง CR และ cassettes เช็ค error และ log ของเครื่อง Calibration เครื่อง CR ทดสอบการใช้งานเครื่อง			
07/12/65	บ.ไฟน์เมด	ทำความสะอาดเครื่อง CR และ แผ่น Cassettes ทำmr Calibration เครื่อง CR ทำmr เช็คโปรแกรมสีของไฟ cups) ของ ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พบว่าสามารถ สีของไฟได้เป็นปกติ ทดสอบการใช้งานเครื่อง CR พบว่า สามารถใช้งานได้เป็นปกติ Check Device and Software			
22/03/66	บ.ไฟน์เมด	Calibration เครื่อง CR และ ทำmr ส:ชุดแผ่น CR ทำmr ทดสอบการใช้งาน CR ทำmr ตรวจสอบอุปกรณ์สีของไฟ และ Device & Software ทุกอย่างสามารถ ใช้งานได้ปกติ			ผู้ตรวจรับ : ศาสตราจารย์, นาย: ก. ก.