ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา

รหัสครุภัณฑ์

6530-003-0001จช.1/50

ชื่อครุภัณฑ์ **เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoctave)**

ยี่ห้อ Hirayama รุ่น HV - 110 S/N : 31806090086

มีตะกร้าแสตนเลสทรงกลม Ø 15 นิ้ว สูง 15 นิ้ว

โดยเงิน งบประมาณแผ่นดิน

ผู้ขาย บจก. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์

วัน, เดือน, ปี ที่ซื้อ **12 มิ.ย. 50**

โทร. 0-2615-2929 แฟ็กซ์. 0-2615-2350-1

จำนวนเงิน **298,530.00.-** บาท

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี

ตั้งแต่ 12 มิ.ย. 50 ถึง 11 มิ.ย. 50

วัน, เดือน, ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ทะเบียนรับครุภัณฑ์เลขที่ 122/50 ลว. 12 มิ.ย. 50

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว. ด. ป.	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4 ต.ค. 55		- ใช้งานไม่ได้	1 ตัว	8,800-	
		- เปลี่ยน Sensor 1 ea/pn 307020	+Vat	616-	
				9,416-	
10 มิ.ย. 63		ไม่สามารถใช้งานได้	1	—	
30 มี.ค. 65		ไม่สามารถใช้งานได้			