

ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

หมายเลขครุภัณฑ์

6520-001-0006 ผ. 1/46 (1.2)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องกรอกระดูก และฟัน

ชนิด วัสดุ W & H

รุ่น 9918 E

โดยเงิน ☒ งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

☐ เงินกองทุน

☐ ครุภัณฑ์บริจาค

ผู้ขาย บ. ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด

โทร 02-7133355

รับประกัน 1 ปี

ตั้งแต่ 13 มี.ค. 46 ถึง 13 มี.ค. 47

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ 13 มี.ค. 46

จำนวนเงิน 7,5000 บาท

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี

หนังสือเลขที่

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว.ค.ป.	ร้านค้า/ช่างคณะ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
19 ก.ค. 47	คุณวิทย์	Motor ไม่ทำงาน			
		- ซ่อม			
7 มี.ค. 48		Motor ไม่ทำงาน			
1 มี.ค. 48	บ. เทฟโก้	- ซ่อมเฟืองวงจร	1 เฟือง	1,800	
		Val 7%		126	
		รวม		1,926	
28 มี.ค. 55		แกนหัว Micro motor ยักดา			
		ติดอยู่กับ Hand piece			
6 มี.ค. 55	บ. ทันต-สยาม	- Ball bearing 12062	1 ชิ้น	620	
		- Dog 11985	1 ชิ้น	410	
		- Crowned pin	1 ชิ้น	100	
		- Ball bearing 26855	1 ชิ้น	450	
		- Motor coupling part	1 ชิ้น	2,600	
		- Spring washer	1 ชิ้น	200	
				4,380	
28 ก.ย. 55		ไม่มีแรงกรอ			
	คุณระวีพร	- ซ่อม			
15 ก.ค. 55		ไม่มีแรงกรอ			
	บ. ทันต-สยาม	- ใต้กลิ้ง - ปกติ			
16 ก.ค. 56		Motor ไม่ทำงาน			
13 ก.ค. 57	บ. ทันต-สยาม	- Ball bearing 2 ชิ้น	2 ชิ้น	450	
		- Crowned PIN	1 ชิ้น	100	
				1,170	

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

[illegible]