


เลขที่ 4865/2565


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จ้าง



รหัสกองทุน 2320047000 กองทุน กองทุนทั่วไป
รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 กิจกรรม ก.สส.งานบริหารทั่วไป
รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 ศูนย์ต้นทุน งานกายภาพ
รหัสวิชา () คลินิก () ปฏิบัติการ () บรรยาย วันที่ 07/03/2565
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ส่งซ่อมชุดด้ามกรอฟัน ครึ่งที่ 2/2565 (ข.65-2-00866 คลินิกทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม)	งาน	1	62,240.00				
รวม				62,240.00				


นาย เกียรติกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____


อ.ทพ.ดร. อนุรักษ์ คุดตะเทพ
ประธาน กองทุนทั่วไป
_____/_____/_____


นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

หัวหน้างานพัสดุ
_____/_____/_____

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (วัสดุ)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-00866
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-03-07

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นาย ปิยะรัช สงขาว

เบอร์โทร (ภายใน) : 022188507

หน่วยงาน : 1325002000 : คลินิกรวม 2

หัวข้อการแจ้งซ่อม : ส่งซ่อมชุดดำกรอฟัน ครั้งที่2(คลินิก Esthetic)

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : อื่นๆ

อาการเสีย : ข่าวดไม่สามารถใช้งานได้

อาคาร / ชั้น : อาคารพรีคลินิก / ชั้น 1

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

นาง กฤษณ์ คงประสิทธิ์
ช่างซ่อม : ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ แยมคุณขาว

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

✓ ส่งซ่อมภายนอก

แทงข่าวด

กรณีแทงข่าวด

วันที่แทงข่าวด

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ทดกุ่นไม่สามารถซ่อมได้

รายละเอียดการแทงข่าวด

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย ปิยะรัช สงขาว)

ช่างซ่อม

หัวหน้างานกายภาพ

วันที่

วันที่ 7/19/65

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยงานซ่อมบำรุงชุดค้ำกรอพื้น โทร.88507

ที่

วันที่

เรื่อง ส่งซ่อมชุดค้ำกรอพื้น ครั้งที่ 2/2565

(ESTHETIC)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	Airotor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003502 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ด-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊โซรอยนุบ	1 หัว	2,890.00	2,890.00
2	Airotor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003563 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน Spindle - เช็ด-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊โซรอยนุบ	1 หัว	4,890.00	4,890.00
3	Airotor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101914 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน Spindle - เช็ด-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊โซรอยนุบ	1 หัว	4,490.00	4,490.00
4	Airotor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101916 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน O-Ring บังคับน้ำ - เช็ด-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊โซรอยนุบ	1 หัว	3,690.00	3,690.00
5	Airotor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101715 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ด-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊โซรอยนุบ	1 หัว	2,890.00	2,890.00
6	Air Motor KAVO INTRAmatic รุ่น 181CB S/N # 10-1003127 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หน้า-หลัง - เปลี่ยน Spring - เปลี่ยน Rotary Blade - เปลี่ยน O-Ring	1 หัว	3,290.00	3,290.00

7	- เช็ค-ซ่อม Conecting Sheet, ล้างทำความสะอาด Propky KAVO รุ่น INTRAmatic 20ES S/N # 10-1006865 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Cartridge Rotor - เช็ค-ซ่อมฝา Cap - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body	1 หัว	4,290.00	4,290.00
8	Airtor KAVO SUPER Torque รุ่น 660B S/N # 09-1043179 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	3,290.00	3,290.00
9	Airtor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101728 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน O-Ring บังคับน้ำ - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	3,690.00	3,690.00
10	Airtor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003480 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	2,890.00	2,890.00
11	Airtor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003473 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน Spindle - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	4,890.00	4,890.00
12	Airtor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003485 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	2,890.00	2,890.00
13	Air Motor KAVO INTRAmatic รุ่น 181CB S/N # 10-1003135 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หน้า-หลัง - เปลี่ยน Spring - เปลี่ยน Rotary Blade - เปลี่ยน O-Ring - เปลี่ยน Bearing แกน Clutch - เช็ค-ซ่อม Conecting Sheet, ล้างทำความสะอาด	1 หัว	3,290.00	3,290.00
14	Straight KAVO GENTLE power LUX รุ่น 10LP S/N # 09-	1 หัว	3,890.00	3,890.00

	2008840 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หัว-ท้าย - เปลี่ยน Plunger / Rollar - แกะไขแกนจับเบอร์ - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แกะไขรอยนูน			
15	Micromotor BIEN AIR รุ่น SWISS MADE S/N # 13G0546 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หัว-ท้าย - เปลี่ยน Carbon Brush - เปลี่ยน Screw Connecting Sheet - เช็ค-ซ่อม Commutator - เปลี่ยน O-Ring - เปลี่ยน Gasket - เช็ค-ซ่อม Connecting Sheet, ล้างทำความสะอาด	1 หัว	5,490.00	5,490.00
16	Micromotor BIEN AIR รุ่น SWISS MADE S/N # 09F0489 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หัว-ท้าย - เปลี่ยน Carbon Brush - เปลี่ยน Screw Connecting Sheet - เช็ค-ซ่อม Commutator - เปลี่ยน O-Ring - เปลี่ยน Gasket - เช็ค-ซ่อม Connecting Sheet, ล้างทำความสะอาด	1 หัว	5,490.00	5,490.00
17	Micromotor BIEN AIR รุ่น SWISS MADE S/N # 09F0488, 09F0476 โดยเปลี่ยน :- - ซ่อมอยู่ในระยะประกัน	1 หัว	0.00	0.00

ราคาสินค้าทั้งสิ้น 58,168.22 บาท

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4,071.78 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 62,240.00 บาท

ใบส่งซ่อมชุดด้านกรอฟัน

วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง

หน่วยงาน **Esthetics**

รหัสศูนย์ต้นทุน **2233200101**

เลขที่

แผ่นที่

ลำดับที่	ประเภท/ชนิดหัวกรอ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลข	อาการที่ส่งซ่อม	หมายเหตุ
1	Airotor	kavo	8000C	09-1003502	หักซ้าย //	
2	Airmotor	kavo	181CB	10-1003127	ข้อต่อหัก //	
3	Contra	kavo	20ES	10-1006865	ไม่ติด //	
4	Airotor	kavo	800C	09-1003563	ไม่หมุน //	
5	Airotor	WSH	Qlegra	101914	ไม่หมุน //	
6	Airotor	WSH	Qlegra	101915	ไม่หมุน //	
7	Airotor	WSH	Qlegra	101916	ไม่หมุน //	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

รวม 7 รายการ	เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ส่ง คุณศิริพร สิริบรรณ วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง 12/10/64
สรุปการรับจากหน่วย	
รวมรับซ่อม.....รายการ	รวมรับซ่อม.....รายการ
ผู้รับ.....	ผู้รับ.....
วัน/เดือน/ปี ที่รับจากหน่วย.....	วัน/เดือน/ปี ที่รับคืน.....
สรุปการส่งออกซ่อม	
รวมรับซ่อม.....รายการ	รวมรับซ่อม.....รายการ
ผู้รับ.....	ผู้รับ.....
ผู้รับ/บริษัท.....	จำนวนที่ค้าง.....รายการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป
SIAM MEDI-DENT GROUP LTD., PART.

179 ซอยรังสิต-นครนายก 56 ซ.1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 081-9282102

179 Rangsit-Nakorn Nayok Soi., 56 Soi 1 Prachatipat, Thunyaburi, Phatumthani 12130 Tel: 081-9282102

ใบเสนอราคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133541000791

2021/7001001344

เรื่อง เสนอราคาซ่อมพร้อมอะไหล่หัวกรอฟัน Esthetics

SHEET 1

เรียน ท่านคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ :-

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY.	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Airotor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003502 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก้วครอบบูบ	1 หัว	2,890 00	2,890 00
2	Airotor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003563 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน Spindle - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก้วครอบบูบ	1 หัว	4,890 00	4,890 00
3	Airotor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101914 โดยเปลี่ยน - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน Spindle - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก้วครอบบูบ	1 หัว	4,490 00	4,490 00
4	Airotor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101916 โดยเปลี่ยน - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน O-Ring บังคับน้ำ - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก้วครอบบูบ	1 หัว	3,690 00	3,690 00
5	Airotor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101715 โดยเปลี่ยน - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก้วครอบบูบ	1 หัว	2,890 00	2,890 00
รวมราคาทั้งสิ้น				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				
(xx)				

ราคาที่เสนอมานี้ขอขึ้นราคาอยู่ในกำหนด 60 วัน ส่งของภายใน 30 วัน ทางข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับการตอบรับจากทางท่านในเร็ววันนี้

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย



SUPACHAI NA-NGAM

ขอแสดงความนับถือ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป
SIAM MEDI-DENT GROUP LTD.,PART.

179 ซอยรังสิต-นครนายก 56 ซ.1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 081-9282102

179 Rangsit-Nakom Nayok Soi.,56 Soi 1 Prachatipat,Thunyaburi, Phathumthani 12130 Tel: 081-9282102

ใบเสนอราคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133541000791

2021/7001001344

เรื่อง เสนอราคาซ่อมพร้อมอะไหล่หัวกรอฟัน Esthetics

SHEET 2

เรียน ท่านคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ :-

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY.	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
6	Air Motor KAVO INTRAmatic รุ่น 181CB S/N # 10-1003127 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หน้า-หลัง - เปลี่ยน Spring - เปลี่ยน Rotary Blade - เปลี่ยน O-Ring - เปลี่ยน Bearing แกน Clutch - เช็ค-ซ่อม Connecting Sheet, ล้างทำความสะอาด	1 หัว	3,290 00	3,290 00
7	Prophy KAVO รุ่น INTRAmatic 20ES S/N # 10-1006865 โดยเปลี่ยน - เปลี่ยน Cartridge Rotor - เช็ค-ซ่อมฝา Cap - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body	1 หัว	4,290 00	4,290 00
รวมราคาทั้งสิ้น				24,700 93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				1,729 07
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				26,430 00

(สองหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ราคาที่เสนอมานี้ขอขึ้นราคาอยู่ในกำหนด 60 วัน ส่งของภายใน 30 วัน ทางข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับการตอบรับจากทางท่านในเร็ววันนี้

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย



SUPACHAI NA-NGAM

ขอแสดงความนับถือ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสศรภูณท์

SN 09-1003502.

ชื่อครุภัณฑ์ Airotor

ชนิด วัน 8000C กาวo

โดยเงิน ☐ งบประมาณ ☐ หมวดครุภัณฑ์

☐ เงินกองทุน

☐ **ครูภัณฑ์รับบริจาค**

អ្នកបាយ

โทร

ระยะเวลารับประกัน.....

ตั้งแต่

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ.....

จำนวนเงิน

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

รานละเอียดยการบำรุงรักษาและซ่อม

[illegible]

ต่อต้านหลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์

10 - 1003127

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ต่อต้านหลัง

დასახელება	ნაწილობრივი მნიშვნელობა	(პროცენტი) მნიშვნელობა	კომენტარი	დამოუკიდებელი მონიტორინგის ფორმა	თარიღი
		1	განმარტება (მარტული)		2019/10/16
		1	განმარტება (მარტული)		2019/10/16

លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสครูพันธุ์

09-1003563

ชื่อกรุ๊ป..... Airtel

ชื่อ..... Karo รัน..... 8000 C

โดยเงิน จปประมาณ หมวดครุภัณฑ์

☐ เงินกองทุน

□ **ครูภัณฑ์รับบริจาค**

ផ្លូវបា

โทร

ระยะเวลารับประกัน.....

ตั้งแต่

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ.....

จำนวนเงิน

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

งานละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

[illegible]

ต่อต้านหลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์

101914

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ต่อต้านหลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์

101715

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ต่อต้านหลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์

101914

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ต่อต้านหลัง

ใบส่งซ่อมชุดด้านกรอฟัน

วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง

หน่วยงาน **Esthetics**

รหัสศูนย์ต้นทุน **2233200101**

เลขที่

แผ่นที่

ลำดับที่	ประเภท/ชนิดหัวกรอ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลข	อาการที่ส่งซ่อม	หมายเหตุ
1	8 Airtor	kavo	660 B	SN 09-1043479	ฟิวส์	
2	Airtor	kavo	8000 C	SN 09-1003473	พริกด้อย	
3	Airtor	w & H	TE-98 CLED	SN 101728	ฟิวส์	
4	Airtor	kavo	8000 C	SN 09-1003480	ฟิวส์	
5	Airtor	kavo	8000 C	SN 09-1003485	ฟิวส์ (สาย)	
6	straight	kavo	10 LP	SN 09-2008840	ไม่ติด	
7	Airtor	kavo	181 CB	SN 10-1003135	ไม่ติด	
8	Airtor	Bien Air	SWISS MADE	SN 13G0546	ไม่ติด	
9	Airtor	Bien Air	SWISS MADE	SN 09F0489(R7)	ฟิวส์	บ. 3.
10	Airtor	Bien Air	SWISS MADE	SN 09F0488	ฟิวส์	บ. 11 บดลง
11	Airtor	Bien Air	SWISS MADE	SN 09F0476	ฟิวส์	บ. 2. บดลง
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

รวม 411 รายการ	เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ส่ง คุณนัท	วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง 1/11/64
สรุปการรับจากหน่วย		สรุปรายการรับคืนของหน่วย
รวมรับซ่อม..... 11รายการ	รวมรับซ่อม.....รายการ	
ผู้รับ..... คุณนัท (แทน)	ผู้รับ.....	
วัน/เดือน/ปี ที่รับจากหน่วย..... 1/11/64	วัน/เดือน/ปี ที่รับคืน.....	
สรุปการส่งออกซ่อม		สรุป
รวมรับซ่อม..... 11รายการ	ไม่ครบ	
ผู้รับ..... คุณนัท		
ผู้รับ/บริษัท..... คุณนัท (แทน)	จำนวนที่ค้าง.....รายการ	



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป
SIAM MEDI-DENT GROUP LTD.,PART.

179 ซอยรังสิต-นครนายก 56 ซ.1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 081-9282102

179 Rangsit-Nakom Nayok Soi.,56 Soi 1 Prachatipat,Thunyaburi, Phathumthani 12130 Tel: 081-9282102

ใบเสนอราคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133541000791

2021/7001001345

เรื่อง เสนอราคาซ่อมพร้อมอะไหล่หัวกรอฟัน Esthetics

SHEET 1


เรียน ท่านคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ :-

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY.	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	Airotor KAVO SUPER Torque รุ่น 660B S/N # 09-1043179 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	3,290 00	3,290 00
2	Airotor W&H synea รุ่น TE-98C LED G S/N # 101728 โดยเปลี่ยน - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน O-Ring บังคับน้ำ - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	3,690 00	3,690 00
3	Airotor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003480 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	2,890 00	2,890 00
4	Airotor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003473 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เปลี่ยน Spindle - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	4,890 00	4,890 00
รวมราคาทั้งสิ้น				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				
(xx)				

ราคาที่เสนอมานี้ขอขึ้นราคาอยู่ในกำหนด 60 วัน ส่งของภายใน 30 วัน ทางข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับการตอบรับจากทางท่านในเร็ววันนี้

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย



SUPACHAI NA-NGAM

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป
SIAM MEDI-DENT GROUP LTD.,PART.

179 รอยรังสิต-นครนายก 56 ซ.1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 081-9282102

179 Rangsit-Nakorn Nayok Soi.,56 Soi 1 Prachatipat,Thunyaburi, Phathumthani 12130 Tel: 081-9282102

ใบเสนอราคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133541000791

2021/7001001345

เรื่อง เสนอราคาซ่อมพร้อมอะไหล่หัวกรอฟัน Esthetics

SHEET 2

เรียน ท่านคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ :-

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY.	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
5	Airotor KAVO GENTEL silence รุ่น 8000C S/N # 09-1003485 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing บน-ล่าง พร้อม O-Ring - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	2,890 00	2,890 00
6	Air Motor KAVO INTRAmatic รุ่น 181CB S/N # 10-1003135 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หน้า-หลัง - เปลี่ยน Spring - เปลี่ยน Rotary Blade - เปลี่ยน O-Ring - เปลี่ยน Bearing แกน Clutch - เช็ค-ซ่อม Connecting Sheet, ล้างทำความสะอาด	1 หัว	3,290 00	3,290 00
7	Straight KAVO GENTLE power LUX รุ่น 10LP S/N # 09-2008840 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หัว-ท้าย - เปลี่ยน Plunger / Rollar - แก๊วแกนจับเบอร์ - เช็ค-ล้างทำความสะอาด Body , แก๊วไฮดรอลิก	1 หัว	3,890 00	3,890 00
รวมราคาทั้งสิ้น				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				
(xx)				

ราคาที่เสนอมานี้ขอขึ้นราคาอยู่ในกำหนด 60 วัน ส่งของภายใน 30 วัน ทางข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับการตอบรับจากทางท่านในวันนี้

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย



SUPACHAI NA-NGAM

ขอแสดงความนับถือ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป
SIAM MEDI-DENT GROUP LTD.,PART.

179 ซอยรังสิต-นครนายก 56 ซ.1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 081-9282102

179 Rangsit-Nakom Nayok Soi.,56 Soi 1 Prachatipat,Thunyaburi, Phathumthani 12130 Tel: 081-9282102

ใบเสนอราคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133541000791

2021/7001001345

เรื่อง เสนอราคาซ่อมพร้อมอะไหล่หัวกรอฟัน Esthetics

SHEET 3

เรียน ท่านคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมดิ-เด็นท์ กรุ๊ป มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ :-

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY.	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
8	Micromotor BIEN AIR รุ่น SWISS MADE S/N # 13G0546 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หัว - ท้าย - เปลี่ยน Carbon Brush - เปลี่ยน Screw Connecting Sheet - เช็ค-ซ่อม Commutator - เปลี่ยน O-Ring - เปลี่ยน Gasket - เช็ค-ซ่อม Connecting Sheet, ล้างทำความสะอาด	1 หัว	5,490 00	5,490 00
9	Micromotor BIEN AIR รุ่น SWISS MADE S/N # 09F0489 โดยเปลี่ยน :- - เปลี่ยน Bearing หัว - ท้าย - เปลี่ยน Carbon Brush - เปลี่ยน Screw Connecting Sheet - เช็ค-ซ่อม Commutator - เปลี่ยน O-Ring - เปลี่ยน Gasket - เช็ค-ซ่อม Connecting Sheet, ล้างทำความสะอาด	1 หัว	5,490 00	5,490 00
10	Micromotor BIEN AIR รุ่น SWISS MADE S/N # 09F0488, 09F0476 โดยเปลี่ยน :- - ซ่อมอยู่ในระยะประกัน	2 หัว	0 00	0 00
รวมราคาทั้งสิ้น				33,467 29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,342 71
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				35,810 00

(สามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

ราคาที่เสนอมานี้ขอขึ้นราคาอยู่ในกำหนด 60 วัน ส่งของภายใน 30 วัน ทางข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับการตอบรับจากทางท่านในเร็ววันนี้

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย



SUPACHAI NA-NGAM

ขอแสดงความนับถือ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสศรภูณท์

09-1043479

ชื่อครุภัณฑ์ Airrotor.....

ชนิด Hand piece ชื่อ kavo

$\frac{1}{2} 660 B$

.....

.....

.....

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ.....

จำนวนเงิน

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

โดยเงิน งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

☐ เงินกองทุน

□ ครูภัณฑ์รับบริจาค

ผู้ขาย

โทร

ระยะเวลาประกัน.....

ตั้งแต่.....

หนังสือเลขที่

รานละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

[illegible]

ต่อต้านหลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์

SN. 09-1003473

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ต่อต้านหลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์

SN 101728

หนังสือเลขที่

ต่อต้านหลัง

ต่อต้านหลัง

คณะทันตแพทยศาสตร์

SN 09-2008840

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ต่อต้านหลัง

លេខប្រតិបត្តិការ ១០-១០០៣១៥

คณะทันตแพทยศาสตร์

09 F 0489

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี.....

ต่อต้านหลัง

กษัตริย์แพทย์ศาสตร์

09 F 0488

หนังสือเลขที่

ต่อต้านหลัง

ประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสเครื่องยนต์

SN 09F 0476

ชื่อเครื่องยนต์ Airmotor

ยี่ห้อ Bien Air รุ่น Swiss made

โดยเงิน ☐ งบประมาณ หมวดเครื่องยนต์

☐ เงินกองทุน

☐ เครื่องจักรรับบริจาค

ผู้ขาย

โทร

ระยะเวลาประกัน

ตั้งแต่

หนังสือเลขที่

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ

จำนวนเงิน

วัน/เดือน/ปี จำหน่ายจากบัญชี

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อม

ว/ด/ป	ร้านค้า ช่างคณะฯ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
16/2/64		ชำระค่า	1	3,290	
		เปลี่ยน Bearing หน้าพัด			
		-เปลี่ยน Spring		รับค่า	
		-เปลี่ยน Rotary Blade		19/10/64	
		-เปลี่ยน o-ring			
		-เปลี่ยน Bearing หน้าclutch			
		-เช็ดซ่อม connecting sheet			
1 พ.ย. 64		ซ่อมโซ่ทวนไม่ไค้	1		

ต่อต้านหลัง