เลขที่ 6345/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบขอซื้อ / จ้าง

25650426_6345/2565

รหัสกองทุน 2320047000 **กองทุน** กองทุนทั่วไป

รหัสเขตตามหน้าที่ 11613200700000 **กิจกรรม** ก.สส.งานบริหารทั่วไป

รหัสศูนย์ต้นทุน 1324105000 **ศูนย์ต้นทุน** งานกายภาพ

รหัสวิชา ( ) คลินิก ( ) ปฏิบัติการ ( ) บรรยาย **วันที่** 26/04/2565

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่กำหนดเกณฑ์/อัตราเบิกจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้างสุทธิ	ส่วนพัสดุ			หมายเหตุ
					ราคาหรือค่าจ้างในท้องตลาดปัจจุบันต่อหน่วย	ราคาครั้งหลังสุดต่อหน่วย	กำหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือแล้วเสร็จ	
1	ซ่อมเครื่องแช่สลับน้ำร้อนน้ำเย็น (ช.65-2-01064 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุ)	งาน	1	15,515.00				
			รวม	15,515.00				

นาย เกรียงไกร การสมวรรณ (88604)
เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

นาย คมสัน จันทิมากร
หัวหน้าภาควิชา/หน่วย
_____/_____/_____

อ.ทพ.ดร. ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
_____/_____/_____

ผศ.ทพ.ดร. ดำรงค์ ดำรงค์ศรี
ประธาน กองทุนทั่วไป
_____/_____/_____

หัวหน้างานพัสดุ
_____/_____/_____

แบบฟอร์มขอรับบริการงานซ่อม
งานกายภาพ (ครุภัณฑ์)

เลขที่ใบขอรับบริการงานซ่อม : 65-2-01064
วันที่แจ้งซ่อม : 2022-04-05

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ / สกุล : นางสาว อุษา มหาอุดมพันธ์ เบอร์โทร (ภายใน) : 88864 หน่วยงาน : 1324207020 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุ

มีความประสงค์ : งานแก้ไข/ซ่อมแซม

ประเภทงาน : งานยูนิตทำฟัน เครื่องมือแพทย์ฯ

อาการเสีย : คอมเพรสเซอร์ ฝั่งน้ำเย็นไม่ทำงาน

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หมายเหตุ
1	เครื่องแช่สลับน้ำร้อนน้ำเย็น	3322800013062จ./51	-	

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการซ่อม

ช่างซ่อม : ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ แย่งคุณเชาว์

ประเมินงานซ่อม

ซ่อมได้

เบิกวัสดุ/เปลี่ยนอะไหล่

ขอจัดซื้ออุปกรณ์ภายนอก

ส่งซ่อมภายนอก

แทงชำรุด

กรณีแทงชำรุด

วันที่แทงชำรุด .....

ความเห็นความเห็น

ค่าซ่อมสูงไม่คุ้มทุนในการซ่อม

หมดอายุการใช้งาน

อะไหล่ตกรุ่นไม่สามารถซ่อมได้

.....

.....

รายละเอียดการแทงชำรุด .....

ควรวางแผนจัดซื้อ

ผู้แจ้งซ่อมรับทราบการปิดงาน	ลงชื่อ	ลงชื่อ
.....	.....	.....
(นางสาว อุษา มหาอุดมพันธ์)	ช่างซ่อม	หัวหน้างานกายภาพ
วันที่	วันที่	วันที่ .....

เลขที่ใบแจ้งซ่อม : 65-2-01064

เรียน : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขเสนอราคา. : WK-WU-056
จำนวนหน้า : 1
รหัส : WK-2055
วัน : 24 เมษายน 2565
สกุลเงิน : THAI BAHT

เรื่อง เสนอราคาซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น Thermocycling

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	PRICE/UNIT	AMOUNT
1	เปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น เฉพาะชุดเซนเซอร์อุณหภูมิไม่รวมชุดทำความเย็นคอมเพลสเซอร์ อาการเครื่อง : ไม่สามารถทำความเย็นเนื่องจากชุดควบคุมอุณหภูมิเสียตามระยะเวลาใช้งานมานาน (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)	1	14,500.00	14,500.00
			SUB TOTAL	14,500.00
			7% VAT	1,015.00
			TOTAL	15,515.00

ระยะเวลารับประกัน : 1 ปี
ระยะเวลาส่งมอบ : 45 วันหลังได้รับเอกสารการสั่งซื้อ

Sincerely Yours.

Thammasak Vimonkiattikun
(Authorized Signature)

I|M|T บริษัท อินโมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

1529/617 ถ. เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Tel 668-3017-9911 Fax 662-282-4389 Email : Thammasakv@gmail.com